

**Объявление по закупке медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений №22 от 11.09.2024г**

1.Заказчиком/Организатором закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангистау. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 «Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о начале проведенной закупки способом запроса ценовых предложений по закупке медицинских изделий и лекарственных средств.

2.Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», РК, 130600, Мангистауская область. Мунайлинский район, с.Мангистау зд.больницы 21квартал 30 строение

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров: Медицинские изделия

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.из м.	Колич ество	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1	Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрический автоматический двухканальный двухволновый.	Метод измерения - двухволновая отражательная фотометрия на двух пространственных оптических каналах. Оптическая схема прибора имеет два спектральных канала. Рабочие длины волн - 492 нм и 523 нм. Диапазон измерений - 0-50 ед. ТБИ (0-500 мкмоль/л), что соответствует диапазону измерения логарифма отношения спектральных коэффициентов отражения света на двух длинах волн от 0,1 до 1,0 Ед. Число разрядов десятичного кода на цифровом табло-индикаторе прибора равно трем. Единица наименьшего разряда кода на цифровом табло прибора, ТБИ - 1. Воспроизводимость измерений по данным клинических испытаний - в пределах 2,5 ТБИ, что соответствует примерно 25 мкмоль/л. Коэффициент корреляции между концентрацией билирубина в крови и показателем ТБИ по измерениям на лбу новорожденного по данным клинических испытаний - не менее 0,92.	шт	1	1966000	1966000

Место приема документов: РК.Мангистауская область, Мунайлинский район.,с.Мангистау зд.больницы 21квартал 30 строение, здание больницы 1этаж, кабинет отдел государственных закупок.

Окончательный срок подачи документов: с 14.00 11 сентября 2024г до 14.00 18 сентября 2024 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

18 сентября 2024 г. в 15.00 часов в кабинете №1 по адресу: г Мунайлинский район, с.Мангистау, здание больницы 1этаж



Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»

Досжанова Ж.Е.