

Протокол №22 об итогах закупа медицинских изделий способом запрос ценовых предложений

25 сентябрь 2024 года.

с. Мангистау

1. Заказчик/Организатор закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области, Мунайлинский район, с. Мангистау. в 15-00 часов 18 сентября 2024 года, было вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Краткое описание и цена закупаемых товаров: Медицинские изделия

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.изм.	Колич ество	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1	Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрический автоматический двухканальный двухволновый.	Метод измерения - двухволновая отражательная фотометрия на двух пространственных оптических каналах. Оптическая схема прибора имеет два спектральных канала. Рабочие длины волн – 492 нм и 523 нм. Диапазон измерений - 0-50 ед. ТБИ (0-500 мкмоль/л), что соответствует диапазону измерения логарифма отношения спектральных коэффициентов отражения света на двух длинах волн от 0,1 до 1,0 Ед. Число разрядов десятичного кода на цифровом табло-индикаторе прибора равно трем. Единица наименьшего разряда кода на цифровом табло прибора, ТБИ – 1. Воспроизводимость измерений по данным клинических испытаний - в пределах 2,5 ТБИ, что соответствует примерно 25 мкмоль/л. Коэффициент корреляции между концентрацией билирубина в крови и показателем ТБИ по измерениям на абу новорожденного по данным клинических испытаний - не менее 0,92. Время измерения - не более 2 с. Автоматическая калибровка прибора осуществляется каждые 20 мин, если прибор находится в футляре.	шт	1	1966000	1966000

	Контроль работы прибора по контрольным имитаторам, установленным в футляре прибора. Источники света - светодиод белого цвета свечения сроком службы не менее 1000000 измерений. Электропитание - три элемента питания, постоянного напряжения 1,5 В каждый (типа AAA или LR03). Количество измерений без замены элементов питания при использовании щелочных элементов питания - не менее 1 000 000 в течение полного срока службы батарей. Прибор имеет индикацию разряда элементов питания. Ток потребления при напряжении питания 4,5 В - не более 20 мА. Усилие нажатия на подвижную световодную головку, необходимое для запуска измерительного цикла, - (2 ± 1) Н. Габаритные размеры прибора - 130x65x35 мм. Масса прибора с комплектом батарей, но без комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП) - не более 200 г, в полном комплекте поставки - не более 600 г. Прибор используется в помещениях при температуре от 15°C до 35°C. Средний срок службы (долговечность) прибора - не менее 5-х лет. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Для проверки правильности показаний прибора в комплекте поставки имеются специальные оптические контрольные имитаторы, которые расположены на футляре анализатора. Никакие другие средства не требуются для контроля работоспособности прибора.					1966000
	Итого					

3. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№	Наименование потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения	Местонахождение потенциального поставщика
1	ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»	16.09.2024г вр.15:00	РК.г.Атырау.мкр.Курсай, проезд.3,дом 2

2	ИП «Магнит»	17.09.2024г вр.10:01	РК.г.Семей,область Абай,343кв,дом5.офис 39
---	-------------	----------------------	--

- Ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших свои ценовые предложения после истечения окончательного срока представления ценовых предложений – **отсутствуют**.
- На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми заявками представителями потенциальных поставщиков не присутствовали.
- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

№ Ло та	Наименование товара	Ед. изм.	Коли чест во	Цена за ед. тенге	Сумма, тенге	ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» Цена за единицу	ИП Магнит цена за единицу
1	Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрический автоматический двухканальный двухволновый.	шт	1	1966000	196600 0	1758400	1726000

Заказчик рассмотрев ценовые предложения потенциальных поставщиков, РЕШИЛ:

По лотам №1 признать победителем закупа запроса ценовых предложений ИП «Магнит» предложивший наименьшее ценовое предложение согласно п.78 Гл.3 и заключить договор на сумму 1726000 (один миллион семьсот двадцать шесть тысяч) тенге 00 тьын.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»


Досжанова Ж.Е.